

**АТТЕСТАТ № 67**

26 мая 2015 года

Удостоверяется, что классификатор пневматический лабораторный

ПК -2А для определения фракционного состава хризотила

*наименование и обозначение испытательного оборудования*

Заводской номер №152

по результатам первичной аттестации

протокол № 67 от 26 мая 2015 года признан пригодным

для использования при испытаниях хризотила 3- 6 групп

*наименование продукции*

по МИ 5721-09-0284351-2002 "Методика определения фракционного

*наименование и обозначение документов на методики*

состава асбеста на классификаторе пневматическом лабораторном

ПК-2А"

Периодичность аттестации 1 раз в 12 месяцев

Аттестат выдан ООО "ВИТА"

*наименование предприятия (организации) выдавшей аттестат*

Директор ООО "ВИТА"

Н. В. Распутин

М.П.